

分類	入力コード	検査項目	検体必要量 (mL)	容器	保存方法	検査方法	基準値	実施料判断料	所要日数	備考
		項目コード								
生化学検査	04106	緊急 総蛋白 (TP) 3A010000002327101	血清 0.5	01	冷蔵	ビューレット法	6.7—8.3 g/dL	11 生化 I	1～2	
	04107	アルブミン (Alb) 3A015000002327101	血清 0.5	01	冷蔵	改良BCP法	3.8—5.3 g/dL	11 生化 I	1～2	
	04118	緊急 総ビリルビン (T-BIL) 3J010000002327101	血清 0.5	01	冷蔵	酵素法	0.3—1.2 mg/dL	11 生化 I	1～2	
	04119	直接ビリルビン (D-BIL) 3J015000002327101	血清 0.5	01	冷蔵	酵素法	0.0—0.4 mg/dL	11 生化 I	1～2	
	04111	緊急 AST (GOT) 3B035000002327201	血清 0.5	01	冷蔵	JSCL標準化 対応法	8—38 U/L	17 生化 I	1～2	
	04112	緊急 ALT (GPT) 3B045000002327201	血清 0.5	01	冷蔵	JSCL標準化 対応法	4—44 U/L	17 生化 I	1～2	
	04214	緊急 LD (IFCC) (乳酸脱水素酵素IFCC) 3B050000002327201	血清 0.5	01	冷蔵	IFCC標準化 対応法	124—222 U/L	11 生化 I	1～2	
	04213	緊急 ALP (IFCC) (アルカリファスファターゼIFCC) 3B070000002327101	血清 0.5	01	冷蔵	IFCC標準化 対応法	38—113 U/L	11 生化 I	1～2	
	04117	LAP (ロイシンアミノペプチダーゼ) 3B135000002327101	血清 0.5	01	冷蔵	L-ロイシル-p- ニトロアニリド 基質法	30—70 U/L	11 生化 I	1～2	
	04115	$\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP) ( $\gamma$ -グルタミルトランスペプチダーゼ) 3B090000002327101	血清 0.5	01	冷蔵	JSCL標準化 対応法	M 12—63 F 8—38 U/L	11 生化 I	1～2	
	04116	コリンエステラーゼ (ChE,Ch-E) 3B110000002327201	血清 0.5	01	冷蔵	JSCL標準化 対応法	168—470 U/L	11 生化 I	1～2	

プロジェステロン基準値	
	ng/mL
女性	
卵胞期	1.23以下
黄体期	14.70以下
妊娠前期	3.24 ~ 60.54
妊娠中期	21.52 ~ 104.58
妊娠後期	66.52 ~ 367.64
閉経後	0.90以下
男性	0.88以下

エストラジオール (E <sub>2</sub> ) 基準値	
	pg/mL
女性	
卵胞期	<20.0 ~ 300.8
排卵期	41.3 ~ 527.4
黄体期	<20.0 ~ 349.1
閉経後	48.0以下
妊娠前期	966.0 ~ 4404.0
妊娠中期	7298.0 ~ 16390.0
妊娠後期	10800.0 ~ 40201.0
男性	51.1以下